



COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 766285

Prefeitura da Estância Turística de Avaré

De: **Centro de Saúde - Rua Acre**

Para: **PAÇO MUNICIPAL - DEP. LICITAÇÃO**

A/C RAQUEL


Em análise a amostra do aparelho de glicemia PROXIMA ALIVE X - lote 230259 - Modelo PGM01 - SN 311J200FF75 - Fabricante VIVACHECHEK BIOTEC (HANGZHOU) CO LTDA - CHINA, enviado pela empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 185/2023 - Processo nº 273/2023 - Lote 1 : VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. informo que após testes realizados tanto com solução controle e sanguíneo, o mesmo apresentou desvio padrão acima do desejável portanto NÃO ATENDE as especificações técnicas.

Atenciosamente,

Vanda

Vanda Corina do Carmo
Lovison Nassif Avellar
Enfermeira
COREN-SP: 30.765

ISLAM APARECIDA SANTOS
Enfermeira
367.805.688-41
Departamento de Licitação



25/09/2023

Assinatura

Vanda

Recebido e Visto

Islam

25 / 09 / 2023

Fwd: ANÁLISE DE AMOSTRA empresa VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. - COMPLEMENTO

De : Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar <vanda.nassif@avare.sp.gov.br> sex., 29 de set. de 2023 08:20
Assunto : Fwd: ANÁLISE DE AMOSTRA empresa VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. - COMPLEMENTO 2 anexos
Para : Raquel Molina Negrão <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Bom dia!!

Segue dados complementares a CI 766285 - Referente ao Pregão Eletrônico nº 185/2023 - Processo nº 273/2023.

Teste sanguíneo comparativo na mesma punção:
- Próxima - 103 mg/dl - Aparelho em uso - 121 mg/dl

Testes com solução controle conforme orientação manual:

- 1 - 145 mg/dl
- 2 - 109 mg/dl
- 3 - 120 mg/dl
- 4 - 140 mg/dl

att

Vanda

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar" <vanda.nassif@avare.sp.gov.br>
Para: "Raquel Molina Negrão" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 25 de setembro de 2023 9:41:40
Assunto: ANÁLISE DE AMOSTRA

Prezada,

Referente ao Pregão Eletrônico nº 185/2023 - Processo nº 273/2023.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de tiras reagentes com fornecimento de glicosímetros em comodato, para o programa insulino-dependente.

Segue anexo CI 766285 referente análise da amostra enviada pela empresa VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.


Obs.: a mesma segue via malote também.

Atenciosamente,

Vanda Corina



teste comparativo.jpg
43 KB

 **1066_230925093521_001.pdf**
369 KB

0001 100427

