

Sorocaba/SP, 13 de agosto de 2024.

À
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Praça Juca Novaes, 1169 – Centro – CEP: 18705-023 – Avaré/SP

CNPJ/MF nº 11.112.312/0001-03
Praça dos Poderes Nº 720, CEP: 79740-000 – Ivinhema – MS

REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2024
PROCESSO nº 142/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPOS DEDICADOS COM ACESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

A MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 62.334.156/0001-66, domiciliada na Rua Solange Victoretti, nº 160, Jardim Ipê, Sorocaba, São Paulo, através de seu representante, vêm respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, solicitar esclarecimento quanto ao referido processo.

Das Características Técnicas

• **Da Bomba de Infusão em Comodato**

Solicitamos esclarecimento sobre a especificação "Limites da taxa de infusão: 0,1 a 1200 mL/h Ad e 99,9 mL/h Neo" estabelecida no edital. Entendemos que a limitação da taxa de infusão e a necessidade de selecionar o perfil do paciente (adulto ou neonatal) pode não ser a abordagem mais eficiente.

Equipamentos mais atuais permitem ajustes de volume e taxa de infusão com incrementos precisos de 0,01 mL/h, sem a necessidade de escolher um perfil de paciente específico.

Essa flexibilidade não só melhora a personalização do tratamento, atendendo de forma mais adequada às condições clínicas individuais, como também elimina a morosidade no processo de programação do equipamento, tornando-o mais ágil e eficiente.

Diante disso, questionamos: serão aceitos equipamentos que permitem ajuste de volume e taxa de infusão sem a obrigatoriedade de selecionar o perfil do paciente?

Certos de contar com vossa compreensão, solicitamos acolhimento das sugestões apresentadas, visando os princípios da igualdade, isonomia e competitividade, uma vez que o órgão público será beneficiado pela concorrência entre um maior número de licitantes, obtendo menor preço e alta qualidade do produto a ser adquirido.

Atenciosamente,

JOSE ORDALIO
FERNANDES
SPINOLA:0323345
0850

Assinado de forma digital
por JOSE ORDALIO
FERNANDES
SPINOLA:03233450850
Dados: 2024.08.13 17:30:24
-03'00'

JOSE ORDALIO FERNANDES SPINOLA
Sócio Diretor
RG: 8.492.271-0
CPF: 032.334.508-50

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

MATRIZ

CNPJ: 62.334.156/0001-66 I.E.: 669.198.339.111
Rua Solange Victoretti, 160 · Jd. Ipê
Sorocaba / SP CEP: 18017-008
F: 15 – 3237 4414

FILIAL

CNPJ: 62.334.156/0002-47 I.E.: 28.409.614-8
Rua Afonso Lino Barbosa, 78 · Chácara Cachoeira
Campo Grande / MS CEP: 79040-290
F: 67 – 3046 4444


Zimbra

crislaine.santos@avare.sp.gov.br

Re: Pregão Eletrônico 088/2024 - Solicitação de esclarecimento

De : Juliana da Silva Amaral
<juliana.silva@avare.sp.gov.br>

qua., 14 de ago. de 2024 08:44

 2 anexos

Assunto : Re: Pregão Eletrônico 088/2024 - Solicitação de esclarecimento

Para : Crislaine Santos
<crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

Cc : cotacao saude <cotacao.saude@avare.sp.gov.br>

Prezados.

Em atenção ao questionamento em anexo, referente ao Pregão 088/2024 em anexo dou as seguintes conclusões:

O licitante questiona:

"Diante disso, questionamos: serão aceitos equipamentos que permitem ajuste de volume e taxa de infusão sem a obrigatoriedade de selecionar o perfil do paciente?"

Quando implantamos o uso de perfil, para esta Unidade de Pronto Socorro, o fizemos em virtude da agilidade que esta proporciona no Atendimento de Urgência e Emergência de Neonatais (média de peso de 3,500kg).

Lembrando ainda que somos uma Unidade Mista (atendimento adulto e infantil/neo) - e devido a isto não temos profissionais dedicados apenas a estes atendimentos, o que faz que este equipamento com perfil, facilite que a equipe atenda este tipo de intercorrência com a brevidade que é necessária.

O licitante informa que existem equipamentos sem o perfil, que realiza o ajuste para infusão com 0,00, porém na prática ,e durante um atendimento a falta do perfil, traz diferença de tempo para o ajuste da infusão a ser administrada.

Sem o perfil, é necessário ficar teclando várias vezes, ate aparecer a vírgula (0,00) e daí sim realizar o ajuste.

Em consulta a equipe multidisciplinar desta Unidade, foi resolvido a necessidade de continuidade deste item no equipamento a ser fornecido, o qual faz parte deste certame.

Informo que atualmente a padronização do perfil, também é solicitada em outros equipamentos que compõe a Sala de Emergência - cito como exemplo os ventiladores mecânicos.

Diante as considerações acima informo: - **Não serão aceitos equipamentos sem o perfil de paciente.**

Att.


Juliana Silva

De: "Crislaine Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>
Para: "Juliana da Silva Amaral" <juliana.silva@avare.sp.gov.br>
Cc: "cotacao saude" <cotacao.saude@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 14 de agosto de 2024 8:27:30
Assunto: Pregão Eletrônico 088/2024 - Solicitação de esclarecimento

Bom dia,

Encaminho em anexo solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 088/2024 (registro de bomba de infusão) para ser respondido o mais breve possível.

Atenciosamente



Departamento de Licitações
14-3711-2508
Praça Juca Novaes nº 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP

Solicitação de esclarecimento.pdf
378 KB
