

Ribeirão Preto, 07 de agosto de 2024.

À

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2024 - PROCESSO n° 142/2024**

**REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPOS DEDICADOS COM A CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.**

Prezado Sr. (a). Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

A **ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA.**, empresa estabelecida em Ribeirão Preto – SP, à rua: Guido Borsaro n° 828, Parque dos Bandeirantes, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.091.417/0001-19, por seu representante legal ao final assinado, vem, tempestivamente e respeitosamente, apresentar **ESCLARECIMENTO** ao referido edital, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

De antemão, esta autora declara que em nenhum momento está questionando os procedimentos éticos dos membros desta respeitosa Comissão de Licitação, Setor de Compras ou de qualquer outro responsável pelo presente processo.

► **DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**1.1 DO ITEM 02 – EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO**

Da descrição do item constante no Termo de Referência:

EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL BRANCO - Equipo para administração de solução parenteral, para uso em bomba de infusão, Com ponta perfurante universal, filtro bacteriológico na entrada de ar e tampa, câmara de gotejamento flexível, filtro de partículas de no mínimo 15micras, com filtro de ar, tubo extensor de PVC com, no mínimo, 2,20 metros e seguimento em silicone, volume de preenchimento (primming) de 13mL a 30mL, pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante isento de látex ou conector needle free ou conector valvulado, terminação luer com rosca e tampa protetora, confeccionado em material atóxico, apirogenico, O equipo deve possuir dispositivo corta fluxo dedicado para proteção contra fluxo livre e/ou dispositivo que o substitua quando da retirada do equipo, EMBALAGEM: Individual, deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, livre de látex, registro na ANVISA e apresentar código de barras, UNID. DE MEDIDA: Unitário

**Questionamento:**

Serão aceitos equipos sem o “**seguimento em silicone**”, uma vez que o intermediário é apenas um complemento para o acoplamento do equipo a alguns tipos de bomba de infusão. O equipo que ofereceremos, dispensa o seguimento em silicone, pois ele se encaixa adequadamente à bomba de infusão que ofereceremos em comodato.

**2 - REQUERIMENTOS:**

Em face do exposto, requeremos respeitosamente, que sejam analisados e considerados nosso pedido Esclarecimento em relação às exigências do Termo de Referência para participação na referida licitação.

Agradecemos a atenção e ficamos no aguardo da resposta.

**GEAN CARLOS** Assinado de forma digital  
por GEAN CARLOS  
**ZAFALON:267** ZAFALON:26776823898  
**76823898** Dados: 2024.08.07  
10:39:30 -03'00'

---

**ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA.**  
**DIRETOR COMERCIAL**  
**GEAN CARLOS ZAFALON**

**Zimbra****crislaine.santos@avare.sp.gov.br****Re: Pregão Eletrônico 088/2024 - Solicitação de Esclarecimento****De :** Juliana da Silva Amaral  
<juliana.silva@avare.sp.gov.br>

qua., 07 de ago. de 2024 12:05

 2 anexos**Assunto :** Re: Pregão Eletrônico 088/2024 - Solicitação de Esclarecimento**Para :** Crislaine Santos  
<crislaine.santos@avare.sp.gov.br>**Cc :** cotacao saude <cotacao.saude@avare.sp.gov.br>

Prezada.

Informo que avaliando o anexo dou as seguintes conclusões:

Esta aquisição de equipos e bombas em comodato, se fazem conjunto, ou seja, a bomba de infusão tem que atender todos as exigências do Edital e automaticamente o equipo tem que ser compatível com esta bomba.

Diante disso, este licitante deverá enviar a proposta, no dia do certame, com as especificações técnicas e iremos avaliar as características do equipamento, e se este atender, certamente iremos aceitar esta diferença no que diz ao seguimento em silicone, pois é observado que o próprio licitante informa que o equipo ofertado por eles sem este seguimento se adapta a bomba de infusão da marca ofertada..

Lembrando que as exigências da BOMBA DE INFUSÃO, ofertada, deverá atender a todas as especificações solicitadas.

Sem mais me coloco a disposição, para qualquer novo esclarecimento.

Att.

Juliana Silva.

**De:** "Crislaine Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>**Para:** "Juliana da Silva Amaral" <juliana.silva@avare.sp.gov.br>**Cc:** "cotacao saude" <cotacao.saude@avare.sp.gov.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 7 de agosto de 2024 10:47:13**Assunto:** Pregão Eletrônico 088/2024 - Solicitação de Esclarecimento

Bom dia,

Segue em anexo solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 088/2024 (registro de equipo) para ser verificado e respondido o mais breve possível.

Atenciosamente

--

**Crislaine Aparecida Santos**

Preço  
14 3711 2500

AGÊNCIA EXECUTIVA  
**Avaré**  
Município de Avaré

Departamento de Licitações

14-3711-2508

Praça Juca Novaes nº 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP

---

**Solicitação de esclarecimento.pdf**

321 KB

---