

Zimbra

carolina.franco@avare.sp.gov.br

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ-SP PREGÃO ELETRÔNICO 205/2023

De : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

ter., 26 de set. de 2023 13:30

📎 4 anexos

Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ-SP PREGÃO ELETRÔNICO 205/2023

Para : anneliza argon
<anneliza.argon@medlevenoehn.com.br>

Cc : manael wellington
<manael.wellington@medlevenoehn.com.br>, alinny@medlevenoehn.com.br, bruno medlevenoehn <bruno.medlevenoehn@gmail.com>, cirillo@medlevenoehn.com.br, bruno targa <bruno.targa@medlevenoehn.com.br>, tulio oliveira <tulio.oliveira@medlevenoehn.com.br>, robsondepaulo@medlevenoehn.com.br, pedro pavao <pedro.pavao@medlevenoehn.com.br>

Boa tarde, prezada!

Venho por meio deste encaminhar resposta abaixo da Secretaria, quanto ao esclarecimento da empresa.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré

A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praça Juca Novaes n.º 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Julana da Silva Amaral" <juliana.silva@avare.sp.gov.br>

Para: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Cc: "Roslindo Wilson Machado" <roslindo.machado@avare.sp.gov.br>, "cotacao saude" <cotacao.saude@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 26 de setembro de 2023 13:07:17

Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ-SP PREGÃO ELETRÔNICO 205/2023

Prezados.

Em atenção ao questionamento abaixo, dou as seguintes conclusões:

Basicamente no cateter intravenoso **os materiais mais comumente utilizados são o politetrafluoretileno (PTFE), poliuretano, silicone, poliamida e poliéster**, sendo que os cateteres mais flexíveis e resistentes à dobras são os menos associados à eventos infecciosos.

No descritivo indicamos: **Cateter Intravenoso Periférico, poliuretano.**

A empresa questiona se será aceito:

PTFE (Politetrafluoretileno) / FEP (Propileno Etileno Fluorado)

1 - **PTFE (Politetrafluoretileno) / FEP (Propileno Etileno Fluorado)** também é conhecido com Teflon - marca registrada - pode ser identificado como plástico de alto desempenho, então também faz parte dos produtos que compõe este item (cateter intravenoso)

Porém se este item fosse incluído no descritivo, poderia gerar menor competitividade, pois nem todas as marcas utilizam este produto na confecção dos cateteres.

Diante disso, informo que pode ser ofertado produto com este item tendo em vista a similaridade do componente, lembrando que iremos atentar para o conjunto de características.

Sem mais.

Juliana Silva.

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Para: "Roslindo Wilson Machado" <roslindo.machado@avare.sp.gov.br>

Cc: "cotacao saude" <cotacao.saude@avare.sp.gov.br>, "Juliana da Silva Amaral" <juliana.silva@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 26 de setembro de 2023 12:39:06

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ-SP PREGÃO ELETRÔNICO 205/2023

Bom dia, prezados!

Venho por meio desta encaminhar esclarecimento abaixo da empresa do Pregão supracitado.

Aguardo resposta da Secretaria o mais breve possível.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré

A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Anneliza Argon" <anneliza.argon@medlevensohn.com.br>

Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Cc: "Manoel Wellington" <manoel.wellington@medlevensohn.com.br>, "Alinny Rafalsky" <alinny@medlevensohn.com.br>, "Bruno Medlevensohn" <bruno.medlevensohn@gmail.com>, "CIRILLO" <cirillo@medlevensohn.com.br>, "Bruno Targa" <bruno.targa@medlevensohn.com.br>, "tulio oliveira" <tulio.oliveira@medlevensohn.com.br>, "Robson Medlevensohn" <robsondepaulo@medlevensohn.com.br>, "pedro pavao" <pedro.pavao@medlevensohn.com.br>

Enviadas: Terça-feira, 26 de setembro de 2023 11:58:00

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ-SP PREGÃO ELETRÔNICO 205/2023



Prezados, esta empresa está interessada em participar do certame em tela e, para tanto, requer sejam esclarecidas as dúvidas a seguir:

A - lote 56

Os produtos descritos nesse lote devem ser em material POLIURETANO.

Para fins de aumento da competitividade, maior disputa de lances e seleção da proposta mais vantajosa para os cofres Públicos, pergunta-se:

(a) Serão aceitos cateteres que possuam em sua composição poliuretano, e ainda, PTFE (Politetrafluoretileno) / FEP (Propileno Etileno Fluorado)?

Atenciosamente,




Anneliza Argon

Jurídico

Escritório / Office: (21) 3557 -1484

✉ anneliza.argon@medlevensohn.com.br

www.medlevensohn.com.br



Carolina.jpg

33 KB