

PREGÃO ELETRÔNICO 185/2023 - RECURSO IMPROCEDENTE

De : Raquel Molina Negrão
<raquel.molina@avare.sp.gov.br>

qua., 13 de dez. de 2023 16:39

 2 anexos

Assunto : PREGÃO ELETRÔNICO 185/2023 - RECURSO IMPROCEDENTE

Para : licitacao@vyttra.com

Cc : fernando-al@iquego.com.br, licitacao@controller-sc.com.br, royalhospitalar@gmail.com, junior@cirurgicauniao.com.br, prioritta saude <prioritta.saude@gmail.com>, licitacao@gruposoquimica.com.br, uniaofarmaco@gmail.com, adriana@distrimedicar.com.br, leonel@distrimedicar.com.br, licitacao1@farmacorhospitalar.com.br, administrativo@farmacorhospitalar.com.br, documentos@gruposoquimica.com.br, pregao@cbdistribuidorasa.com.br, pregao2@cbdistribuidorasa.com.br, licitacao@okbiotech.com.br, licitacaoohmd@hmdbio.com.br, lucimara carlini <lucimara.carlini@vyttra.com>, licitacao@cepalab.com.br, Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar <vanda.nassif@avare.sp.gov.br>, Cotação Saúde <requisicao.saude@avare.sp.gov.br>, Gabinete da Secretaria de Saúde <saude@avare.sp.gov.br>

À Empresa**VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.**

**Ref. Pregão Eletrônico nº 185/2023 – Processo nº 273/2023
Registro de Preços para futura aquisição de tiras reagentes com fornecimento de glicosímetros em comodato, para o Programa Insulino-dependente.**

Encaminhamos, em anexo, a análise da amostra reapresentada pela empresa **Vytra Diagnóstico S.A** e parecer jurídico referente ao recurso interposto no item 01 do pregão em epígrafe, que apontam os fatos que segue:

- a amostra foi recebida em 04/12/2023, tempestivamente ao prazo estabelecido na notificação nº 051/23;
- a análise da amostra foi realizada pela área técnica, através da enfª. Vanda Corina do Carmo L. N. Avellar (fiscal do pregão supracitado) que efetuou testes comparativos entre o aparelho de glicemia reapresentado e exames realizados em laboratório de análise clínica, com a mesma amostra sanguínea;

- o teste comparativo constou variação glicêmica acima do desejado, portanto, a enfª Vanda concluiu que a amostra reapresentada pela empresa Vyttra Diagnóstico S.A. **não atende** as especificações do Edital;
- o parecer jurídico do Procurador Maurício Ricardo Bonjovani Filho, com base nos testes realizados pela área técnica, opinou pela **Improcedência** do recurso interposto pela empresa Vyttra Diagnóstico S.A.;
- o gestor do pregão em epígrafe, Dr. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde, apresentou estar de acordo com o parecer jurídico.

Isto posto, daremos seguimento no Pregão Eletrônico nº 185/2023, adjudicando a **INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO** no Item 01 e, de acordo com o item 27.22. do Edital, esta mesma empresa também fica obrigada a assumir o Item 2 do pregão, de cota reservada.

Obs.: E-mail c/c para todos os participantes do item 1 do pregão.

Att.



Raquel Molina Negrão

Departamento de Licitação | **PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ**

CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br

| licitacao@avare.sp.gov.br

Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciência

Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em tempo recorde"



Brasão Avaré.jpg

121 KB



Análise da amostra reapresentada e parecer jurídico - Vyttra - Recurso improcedente.pdf

6 MB

amostra subida dentro de prazo

Re: Pregão Eletrônico 185/2023

De : Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar
<vanda.nassif@avare.sp.gov.br>

seg., 04 de dez. de 2023 09:12

📎 1 anexo

Assunto : Re: Pregão Eletrônico 185/2023

Para : Raquel Molina Negrão <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Bom dia!

Passando para informar que recebi na data de hoje a nova amostra.

Att

Vanda

De: "Raquel Molina Negrão" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Para: "Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar" <vanda.nassif@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 29 de novembro de 2023 10:52:35

Assunto: Re: Pregão Eletrônico 185/2023

Isso.

Quarta-feira, dia 06/12/23.

Att.



Raquel Molina Negrão

Departamento de Licitação | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CONTATO: (14) 3711-2500

| raquel.molina@avare.sp.gov.br | licitacao@avare.sp.gov.br

Solicitamos a gentileza de retornar este e-mail com a vossa atenção

Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em tempo recorde"

De: "Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar" <vanda.nassif@avare.sp.gov.br>

Para: "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 29 de novembro de 2023 10:42:17

Assunto: Re: Pregão Eletrônico 185/2023

Raquel bom dia!

Então o prazo para receber as tiras é até segunda feira dia 06 de dezembro de 2023?

Desde já agradeço a atenção,

Vanda



COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 780398

Prefeitura da Estância Turística de Avaré

De: **Centro de Saúde - Rua Acre**

Para: **PAÇO MUNICIPAL - DEP. LICITAÇÃO**

A/C RAQUEL

Em atenção ao recurso interposto pela empresa participante do Pregão Eletrônico nº 185/2023 - Processo nº 273/2023 - VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A., em análise do aparelho de glicemia PROXIMA ALIVE X - lote 230320 - Modelo PGM01 - ANVISA 8169261069 - Fabricante VIVACHECHEK BIOTEC (HANGZHOU) CO LTDA - CHINA, informo que após testes comparativos realizados com mesma amostra sanguínea em Laboratório de análises clínica, o mesmo apresentou variação glicêmica maior do que 15%, portanto NÃO ATENDE as especificações técnicas.
Segue em anexo cópia dos exames e quadro comparativo da análise.

Atenciosamente,

Vanda

Vanda Corina do Carmo
Layison Nassif Avellar
Enfermeira
07/12/2023

07/12/2023

Assinatura

Vanda

Recibo - Visto

Guerra 5105

07/12/2023

Análise glicosímetro proxima ALIVE X- ANVISA 81692610269

Amostras	proxima ALIVE X	Laboratório de Patologia Clínica Santa Casa de Misericórdia de Avaré	Diferença mg/dl	Variação %
1	126 mg/dl	94 mg/dl	32 mg/dl	25,4%
2	165 mg/dl	131 mg/dl	34 mg/dl	20,6%
3	140 mg/dl	100 mg/dl	40 mg/dl	28,6%
4	150 mg/dl	108 mg/dl	42 mg/dl	28,0%
5	124 mg/dl	92 mg/dl	32 mg/dl	25,8%
6	124 mg/dl	97 mg/dl	27 mg/dl	21,8%

Obs.: Testes realizados utilizando a mesma amostra sanguínea

Vanda
Vanda Corina do Carmo
Larissa Nassif Avellar
Enfermeira
CRP 12.105
07/12/23

Amostra 1



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ

Rua Paraíba, 1003 - Centro - Avaré/SP - Fones: (14) 3711-9100 - Email: labavare@uol.com.br

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA

Nome do Paciente
MARIA CRISTINA DE MORAES

Sexo Idade
FEM 47a 10m 19d

Modalidade
Externo

Data
05/12/2023 - 08:49

Documento/Amostra
00557739 / 01806243

Médico Solicitante
DR.(A) BARBARA CRISTINA GRIZZO

Convênio
SUS

Código Convênio Origem
CONSULTORIO

RESULTADOS

GLICOSE

Resultado.....: 94 mg/dL

Valor(es) de Referência

Prematuro: 20 - 60 mg/dL
0 a 1 dia: 40 - 60 mg/dL
> 1 dia: 50 - 80 mg/dL

Crianças e adultos: 65 - 99 mg/dL

Líquor: 50 - 70 mg/dL

*Valores de referência segundo a
Sociedade Brasileira de Diabetes e
Associação Americana de Diabetes.

Material.: PLASMA FLUORETADO
Método...: Colorimétrico

HISTÓRICO => [05/09/2023 07:25 - 97 mg/dL] [17/05/2023 07:32 - 131 mg/dL] [25/04/2022 07:48 - 161 mg/dL]


O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDEM DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO(A) PACIENTE

Dr.ª. Rafaela dos Santos Bustamante
CRBM: 30696

Maria Cristina

MARIA

CRISTINA



Amostra 2



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ

Rua Paraíba, 1003 - Centro - Avaré/SP - Fones: (14) 3711-9100 - Email: labavare@uol.com.br

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA

Nome do Paciente
CLENIR ANTUNES DE OLIVEIRA

Sexo Idade
FEM 62a 10m 25d

Modalidade
Externo

Data
05/12/2023 - 08:52

Documento/Amostra
00557740 / 01806244

Médico Solicitante
DR.(A) BARBARA CRISTINA GRIZZO

Convênio
SUS

Código Convênio Origem
CONSULTORIO

RESULTADOS

GLICOSE

Resultado.....: 131 mg/dL

Valor(es) de Referência

Prematuro: 20 - 60 mg/dL
0 a 1 dia: 40 - 60 mg/dL
> 1 dia: 50 - 80 mg/dL

Crianças e adultos: 65 - 99 mg/dL

Líquor: 50 - 70 mg/dL

*Valores de referência segundo a
Sociedade Brasileira de Diabetes e
Associação America de Diabetes.

Material.: PLASMA FLUORETADO
Método...: Colorimétrico

HISTÓRICO => [06/11/2023 08:01 - 112 mg/dL] [07/06/2023 09:16 - 88 mg/dL] [27/10/2022 08:38 - 89 mg/dL]

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDEM DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO(A) PACIENTE

Dr^a. Rafaela dos Santos Bustamante
CRBM: 30696

Clenir

CLENIR


proxima
ALIVE X

proxima
ALIVE X

2/23 11:23

185

mg/dL



Amostra 3



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ
Rua Paraíba, 1003 - Centro - Avaré/SP - Fones: (14) 3711-9100 - Email: labavare@uol.com.br

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA

Nome do Paciente
ALBINA DOS ANJOS VAIOLETTI DE MORA

Sexo Idade
FEM 69a 2m 2d

Modalidade
Externo

Data
05/12/2023 - 08:32

Documento/Amostra
00557733 / 01806221

Médico Solicitante
DR.(A) BARBARA CRISTINA GRIZZO

Convênio
SUS

Código Convênio Origem
CONSULTORIO

RESULTADOS

GLICOSE

Resultado.....: 100 mg/dL

Valor(es) de Referência

Prematuro: 20 - 60 mg/dL
0 a 1 dia: 40 - 60 mg/dL
> 1 dia: 50 - 80 mg/dL

Crianças e adultos: 65 - 99 mg/dL

Líquor: 50 - 70 mg/dL

*Valores de referência segundo a
Sociedade Brasileira de Diabetes e
Associação Americana de Diabetes.

Material.: PLASMA FLUORETADO
Método...: Colorimétrico


HISTÓRICO => [10/08/2023 09:17 - 82 mg/dL] [28/03/2019 08:01 - 89 mg/dL] [12/07/2018 09:50 - 94 mg/dL]

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDEM DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO(A) PACIENTE

Dr.ª. Rafaela dos Santos Bustamante
CRBM: 30696

Albina

ALBINA




proxima
ALIVE X

2/23 11:35

140

mg/dL



Amostia 4.



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ

Rua Paraíba, 1003 - Centro - Avaré/SP - Fones: (14) 3711-9100 - Email: labavare@uol.com.br

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA

Nome do Paciente VANDA CORINA DO CARMO LOVISON NASSI	Sexo FEM	Idade 60a 6m 9d	Modalidade Externo
Data 05/12/2023 - 08:56	Documento/Amostra 00557744 / 01806257	Médico Solicitante DR.(A) BARBARA CRISTINA GRIZZO	
Convênio SUS	Código Convênio Origem CONSULTORIO		

RESULTADOS

GLICOSE

Resultado.....: 108 mg/dL

Valor(es) de Referência

Prematuro: 20 - 60 mg/dL
0 a 1 dia: 40 - 60 mg/dL
> 1 dia: 50 - 80 mg/dL

Crianças e adultos: 65 - 99 mg/dL

Líquor: 50 - 70 mg/dL

*Valores de referência segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes e Associação Americana de Diabetes.


Material.: PLASMA FLUORETADO
Método...: Colorimétrico

HISTÓRICO => [11/10/2016 09:20 - 98 mg/dL]

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDEN DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO(A) PACIENTE

Dr.ª. Rafaela dos Santos Bustamante
CRBM: 30696

Vanda



A. Bustamante



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ
Rua Paraíba, 1003 - Centro - Avaré/SP - Fones: (14) 3711-9100 - Email: labavare@uol.com.br

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA

Nome do Paciente ANA LUIZA GONZALEZ DE SOUZA
Sexo FEM Idade 48a 5m 9d Modalidade Externo
Data 05/12/2023 - 08:47 Documento/Amostra 00557735 / 01806231 Médico Solicitante DR.(A) BARBARA CRISTINA GRIZZO
Convênio SUS Código Convênio Origem CONSULTORIO

RESULTADOS

GLICOSE

Resultado.....: 92 mg/dL

Valor(es) de Referência

Prematuro: 20 - 60 mg/dL
0 a 1 dia: 40 - 60 mg/dL
> 1 dia: 50 - 80 mg/dL

Crianças e adultos: 65 - 99 mg/dL

Líquor: 50 - 70 mg/dL

*Valores de referência segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes e Associação Americana de Diabetes.

Material.: PLASMA FLUORETADO
Método...: Colorimétrico


HISTÓRICO => [29/04/2021 07:45 - 99 mg/dL] [16/04/2019 08:54 - 82 mg/dL] [17/01/2017 09:19 - 95 mg/dL]

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDEM DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO(A) PACIENTE

Dr^a. Rafaela dos Santos Bustamante
CRBM: 30696

Ana Luiza

ANA



A mostra 6



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ
Rua Paraíba, 1003 - Centro - Avaré/SP - Fones: (14) 3711-9100 - Email: labavare@uol.com.br

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA

Nome do Paciente
ISIS ALARCAO DUARTE E LEAL

Sexo Idade
FEM 43a 0m 21d

Modalidade
Externo

Data
05/12/2023 - 08:53

Documento/Amostra
00557742 / 01806254

Médico Solicitante
DR.(A) BARBARA CRISTINA GRIZZO

Convênio
SUS

Código Convênio Origem
CONSULTORIO

RESULTADOS

GLICOSE

Resultado.....: 97 mg/dL

Valor(es) de Referência

Prematuro: 20 - 60 mg/dL
0 a 1 dia: 40 - 60 mg/dL
> 1 dia: 50 - 80 mg/dL

Crianças e adultos: 65 - 99 mg/dL

Líquor: 50 - 70 mg/dL

*Valores de referência segundo a
Sociedade Brasileira de Diabetes e
Associação America de Diabetes.

Material.: PLASMA FLUORETADO
Método...: Colorimétrico


HISTÓRICO => [Não existem resultados anteriores]

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDEM DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO(A) PACIENTE

Dr^a. Rafaela dos Santos Bustamante
CRBM: 30696

Ísis

ISIS




proxima
ALIVE X

2/23 11:27

124

mg/dL





ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2023

PROCESSO Nº 273/2023

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de tiras de reagentes com o fornecimento de glicosímetros em comodato, para o Programa Insulino-Dependente.

RECORRENTE: VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.

De acordo

P A R E C E R


18/08/23

PREGÃO ELETRÔNICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ASPECTOS DE NATUREZA ESTRITAMENTE TÉCNICA. RECURSO PROCEDENTE.

I. RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo deflagrado por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sr. Secretário Roslindo Wilson Machado, objetivando o registro de preços para futura aquisição de tiras de reagentes com o fornecimento de glicosímetros em comodato, para o Programa Insulino-Dependente.

Em 04 de agosto de 2023, sobreveio autorização para realização de certame licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico, emanada pela autoridade administrativa competente para a prática de tal ato, por força do Decreto Municipal nº 7.210/2023, cujo custo estimou-se em R\$ 1.114.958,40 (um milhão, cento e quatorze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Após o encerramento da fase apresentação de propostas e lances, a empresa **VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.** foi classificada para o lote 01 e convocada para a apresentação de amostra do produto por ela ofertado (glicosímetro "Alive X") para análise técnica pela área competente da Secretaria Municipal da Saúde.

Em resposta, através da CI nº 766285, a Sra. Vanda Corina do Carmo, enfermeira municipal, informou que a amostra apresentada pela empresa **VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.** não atendia as especificações técnicas previstas no edital (fl. 462).







ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

À vista disso, a empresa **VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.** interpôs recurso administrativo em face da sua desclassificação para o lote 01 do certame.

Em síntese, sustenta a Recorrente em suas razões recursais que o objeto por ela ofertado encontra-se em conformidade com o instrumento convocatório (fls. 702/707). Com efeito, pugnou pela procedência do recurso e pela reanálise da amostra do glicosímetro “Alive X”.

Diante das alegações apresentadas pela Recorrente, em especial as inerentes a descrição técnica do equipamento, entendeu-se pela necessidade de novamente acionar a área técnica da Secretaria Municipal da Saúde, neste ato representado pela Sra. Vanda Corina do Carmo, enfermeira, a qual opinou pela procedência do recurso para que fosse feita a reavaliação do glicosímetro apresentado pela Recorrente, considerando que a referida empresa atende as demais especificações do edital (fl. 709).

Com efeito, a Recorrente encaminhou nova amostra para reanálise.

Entretanto, conforme informado pela Sra. Vanda Corina do Carmo através da CI nº 780398, após a realização de testes comparativos com mesma amostra sanguínea em laboratório de análises clínicas, o objeto ofertado apresentou variação glicêmica maior do que 15%, razão pela qual não atende as especificações técnicas (fls. 739/752).

É o relatório.

II. DOS LIMITES DA ANÁLISE JURÍDICA

Preliminarmente, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do artigo 131 da Constituição Federal e do artigo 11 da Lei Complementar nº 73, de 1993, incumbe a esta Assessoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito deste Ministério, nem analisar os aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

Considera-se, ainda, importante salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

III. DA TEMPESTIVIDADE

O instrumento convocatório prevê em seu item 17 a possibilidade da interposição de recurso, a fim de possibilitar a impugnação de qualquer ato durante o processo licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/21.

Cumprе destacar, quanto à tempestividade, os termos do art. 165 da Lei 14.133/2021 que incumbe aos licitantes apresentarem suas intenções de recursos conforme disposto em lei:

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

- a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- b) julgamento das propostas;
- c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
- d) anulação ou revogação da licitação;
- e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração.

Dessa forma, considerando que a Recorrente manifestou interesse em recorrer em 31 de outubro de 2023 e as razões recursais foram apresentadas em 06 de novembro de 2023, entendendo tempestivo o recurso e, conseqüentemente, viável a sua apreciação.

IV. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Trata-se de recurso administrativo que objetiva, entre outros questionamentos, insurgir-se contra a decisão que desclassificou a Recorrente por ter tido sua amostra rejeitada pelo avaliador da Secretaria solicitante.

Tendo em vista a manifestação técnica emitida pelo órgão responsável no sentido de que poderia ter havido falha na análise da amostra anteriormente apresentada, foi possibilitada a Recorrente a reapresentação de sua amostra para reexame.

Entretanto, observa-se que, após a realização de análise da nova amostra, segundo informado pela área técnica competente, o objeto ofertado pela Recorrida realmente não satisfaz as exigências técnicas estabelecidas no instrumento convocatório.

A esse respeito, cumpre salientar que tratando-se de equipamentos de apreço técnico não haveria este signatário condições de apreciar as minúcias do objeto, cabendo tal tarefa ao gestor público, técnico no assunto.



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

Dessa forma, seguindo o entendimento técnico apresentado pela Sra. Vanda Corina do Carmo, opina-se pela inabilitação da empresa **VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.** para o lote 01 do certame.

V. CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando tratar-se de aspectos eminentemente técnicos, definidos previamente no instrumento convocatório, e após acurada análise por área competente, acompanha-se o entendimento da Secretaria Municipal da Saúde no sentido de julgar **IMPROCEDENTE** o recurso interposto.

É o parecer.

Ressalta-se que o presente arrazoado tem caráter meramente opinativo, não vinculando o administrador em sua decisão conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 24073, Relator Ministro Carlos Velloso.

Avaré/SP, 08 de dezembro de 2023.

MAURÍCIO RICARDO BONJOVANI FILHO
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL
OAB/SP 449.714

